Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 6 "*accordo quadro*" ciascuno con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di apparecchiature sanitarie e relativi reagenti chimici necessari per le esigenze del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. **Lotto 1: C.I:G. 8455287390; Lotto 2: C.I.G. 845531175D; Lotto 3: C.I.G. 8455327492; Lotto 4: C.I.G.8455338DA3; Lotto 5: 8455398F26** e **Lotto 6: C.I.G. 8455426644**.

AVVISO N. 2

QUESITI	RISPOSTE
In merito al punto 1 "Realizzazione di vaschette-paziente individuali" del capitolato tecnico, si richiede se si intende la produzione di vaschette uniche per paziente, chiuse, sigillate e monouso.	Si intende la realizzazione di vaschette uniche per paziente preferibilmente, ma non necessariamente, chiuse e sigillate.
In merito al punto 3 "Presenza dell'area destinata alla raccolta delle vaschette con errori" del capitolato tecnico si richiede se, la produzione di un kit chiuso e sigillato con la dicitura "box errato" impressa, nel caso di produzione errata, possa essere ritenuta conforme alla richiesta.	Un box chiuso con la dicitura che indichi in maniera inequivocabile la presenza di un errore si considera equiparabile ad un'area destinata alla raccolta separata delle vaschette con errori.
In merito al punto 4 del capitolato tecnico si chiede se l'ente utilizzi provette con tappo in gomma e senza tappo, oppure se lo stesso strumento debba gestire esclusivamente provette sottovuoto con tappo in plastica.	Si conferma quanto indicato al punto 4, ovvero "possibilità di gestire provette delle seguenti tipologie: con tappo in plastica, in gomma, cilindrica in prolipropilene senza tappo".

Roma, 18 dicembre 2020

IL CAPO CENTRO INT.
(Ten. Col. amm. Anna Cavallini)

Mar. Magg. D'Emilia