



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 3 "accordo quadro", ciascuno con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per assicurare il servizio di manutenzione Global Service per le apparecchiature e attrezzature sanitarie in uso presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, il Centro Polispecialistico, il Servizio Sanitario del Reparto Autonomo, il Servizio Farmaceutico e la Struttura di Isolamento Cautelativo Controllato (SICC) Covid-19.

Lotto 1: C.I.G. 8906664BA3 – Lotto 2: C.I.G. 8906673313 – Lotto 3: C.I.G. 8906679805.

AVVISO N. 1

QUESITI	RISPOSTE
<p>In riferimento a quanto riportato nel capitolato tecnico:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 "Prescrizioni particolari lotto 2" (pag. 9 di 12), al punto "d. Condizioni integrative di copertura" si riportano come inclusi: evaporazione Elio (Quench) e ripristino dei gas criogeni (a carico della ditta)...- 7 "Lotto 3" (pag. 10 di 12) al punto "a. Descrizione del servizio" si riportano come servizi inclusi: ricarica dell'elio necessario per il corretto funzionamento della RMN in uso presso il Centro Polispecialistico dell'Arma dei Carabinieri, Viale Giulio Cesare n. 54/P Roma. <p>Tale servizio viene poi meglio descritto al successivo "b. Forniture di gas elio ordinarie e straordinarie".</p> <p>L'azienda dovrà effettuare tutte le forniture, ordinarie e straordinarie di Elio tramite:</p> <ul style="list-style-type: none">• forniture ordinarie tramite ordinativi programmati. Al riguardo, tenuto conto della pregressa esperienza, si stimano n 1 interventi di fornitura per ogni anno;• forniture straordinarie, in caso di esigenze impreviste dovute anche a malfunzionamenti che comportano dispersione del gas..." <p>Essendo servizi di fornitura analoghi per la medesima apparecchiatura, si chiede conferma che la fornitura del gas criogeno sia esclusivamente competenza del Lotto 3, ritenendo quindi quanto riportato all'interno del Lotto 2 un refuso.</p>	<p>S.i conferma che la fornitura del gas criogeno elio è oggetto specifico ed esclusivo del Lotto 3.</p>

<p>La scrivente ha avuto difficoltà nell'identificare e trovare il numero di trattativa sul portale MEPA che al momento non risulta pubblicata.</p>	<p>La procedura di gara in oggetto, avendo un importo sopra la soglia comunitaria, non può essere pubblicata sulla piattaforma MEPA; al riguardo, si evidenzia che le imprese che supereranno la fase cosiddetta di "pre-qualifica" e saranno invitate a presentare l'offerta, dovranno inserire la documentazione richiesta sulla piattaforma telematica ASP, messa a disposizione dalla Consip S.p.A., secondo le modalità e prescrizioni che saranno indicate nella lettera d'invito.</p> <p>In questa fase di gara, ciascun operatore economico interessato, dovrà produrre la propria domanda di partecipazione, oltre alla restante documentazione prescritta nel bando ed inviarla all'indirizzo P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it, come prescritto nel para VI.3), lett. c) del bando di gara.</p>
<p>Si chiede cortesemente una proroga dei termini di scadenza in considerazione delle tempistiche ristrette e necessità organizzative nonostante siano trascorsi i termini necessari.</p>	<p>La richiesta di proroga dei termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione è accolta; la scadenza è stata procrastinata alle ore 23:59 del giorno 28 ottobre 2021, come si evince dal bando di rettifica pubblicato, altresì, sul sito internet www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e contratti", all'indirizzo URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/manutenzione-global-service-per-apparecchiature-e-attrezzature-sanitarie-del-c.n.s.r.-3-lotti.</p>
<p>In merito alla modalità di partecipazione alla procedura in oggetto, in caso di partecipazione come RTI a tutti i lotti della gara, la composizione dello stesso RTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - debba essere costante (medesima composizione con ruoli e quote per ciascun lotto); - possa essere variabile ossia le quote possono variare a seconda dei lotti finanche invertire i ruoli (mandataria/mandante). <p>Vi chiediamo conferma del fatto che, essendo le attività dei tre lotti molto diverse e pertanto prevedendo una ripartizione di carichi diversi tra le consociate in RTI, sia possibile la partecipazione con quote diverse... o con inversione di ruolo mandante/mandataria nei diversi lotti.</p>	<p>In caso di partecipazione in R.T.I., la composizione del raggruppamento non deve necessariamente essere costante per ciascun lotto in gara, in quanto ognuno di esso è una gara a sé stante e, pertanto, le stesse società potranno partecipare a ciascun lotto con ruoli e quote diverse.</p>

Roma, 14 ottobre 2021

IL CAPO CENTRO
(Col. amm. Achille Tamborino)

Mar. Magg. D'Emilia

