CAPITOLATO TECNICO
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI STRUMENTI ANALITICI "LIFE TECHNOLOGIES" INSTALLATI PRESSO I REPARTI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE

anno 2021

GENERALITÀ

La fornitura consiste nelle prestazioni relative alla manutenzione ed assistenza tecnica finalizzata al mantenimento dell'elevato standard di funzionalità secondo le caratteristiche del costruttore dei sistemi, degli strumenti analitici e dei software di seguito indicati, installati presso i Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) di Roma, Parma, Messina e Cagliari.

PERIODO DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO

L'attività è riferita ad un contratto di durata annuale con 1 fatturazione posticipata.

SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- RIS Roma: Caserma "Salvo d'Acquisto", Edificio E, Viale Tor di Quinto 119;
- RIS Parma: Comprensorio Palazzo Ducale, Parco Ducale 3;
- RIS Messina: con sede in Messina, Caserma "MAsUPS Alfio Ragazzi", via Monsignor D'Arrigo 5, 98121.
- RIS Cagliari: Caserma "A. Cascino", piazza San Bartolomeo 29.

STRUMENTAZIONE TECNICA OGGETTO DEL SERVIZIO

I sistemi sui quali è assicurato il servizio sono indicati in Allegato.

OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Il servizio si articola nelle forme:

- **"AB MANTEINANCE"** e **"AB RC Site PM"** (prevista una sola visita di manutenzione preventiva);
- **"AB Ass1 PM (FR)"** e **"AB RC Support Site PM"** (previsto full risk con una visita di manutenzione preventiva);
- **"MDTV"** (prevista la verifica delle temperature ed uniformità in modo dinamico);
- **"IPV"** (validazione strumentale con rilascio di certificato).

Le specifiche tecniche dei programmi di assistenza sono riportate nel prospetto in Allegato.

ASSISTENZA TECNICA

Il centro chiamate, raggiungibile con numero telefonico attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 09.00-13.00 e 14.00-17,30, provvederà a distribuire le chiamate al tecnico di zona o, in sua assenza, a quello libero più vicino. La Società assicura l'intervento tecnico entro 72 ore dalla chiamata (giorni di sabato e festivi esclusi) e, per le apparecchiature AB, 3130, 3500, 3500xl e 7500, la risoluzione del problema con rimessa in efficienza della strumentazione avverrà entro il tempo massimo di 5 gg. lavorativi dall'intervento del tecnico in loco.

L'attività sulla strumentazione sarà eseguita unicamente da personale opportunamente addestrato.

OBBLIGHI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA

Per quanto concerne il personale utilizzato dalla Società contraente, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche od integrazioni sono a totale carico del "datore di lavoro" individuato nell'ambito della stessa Società, fermi restando gli obblighi, ove occorra per l'esecuzione della prestazione, di reciproca informazione, di coordinamento e di cooperazione fra il datore di lavoro dell'appaltatrice e quello responsabile dell'infrastruttura od area ove sarà resa la prestazione; obblighi previsti, in via generale, dal D.Lgs. n. 81/2008, specie in caso di insorgenza di eventuali rischi inesistenti ed imprevedibili al momento dell'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

La valutazione effettuata ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 non ha riscontrato "rischi da interferenza" fra le attività che saranno svolte (secondo le disposizioni di cui al capitolato tecnico) dall'Amministrazione e dalla Società contraente.

I rischi per la sicurezza da interferenze ed i connessi oneri risultano, pertanto, pari a zero.

Conseguentemente, non è necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

A tal riguardo il Comandante responsabile della struttura od aree di pertinenza dell'Amministrazione ove sarà effettuato il servizio individuerà in dettaglio, preliminarmente, l'area ove svolgere le suddette operazioni provvedendo affinché durante l'esecuzione delle stesse siano inibite altre attività dell'Amministrazione o di altre Società appaltatrici di beni, lavori o servizi ed impedito l'accesso di personale diverso da quello incaricato dalla Società fornitrice per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione ed assistenza tecnica.