



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per la conclusione di n. 3 "accordi quadro" della durata di 48 mesi, ciascuno con un solo operatore economico, per la fornitura in noleggio, la distribuzione, la gestione e la ricarica di bombole di ossigeno medicale per le esigenze delle strutture sanitarie dell'Arma dei Carabinieri.
Lotto 1 - C.I.G. 9650372AE5; Lotto 2 - C.I.G. 9650391A93 e Lotto 3 - C.I.G. 9650405622

AVVISO N. 1

QUESITI	RISPOSTE
<p>In riferimento alla presente procedura di gara sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione la seguente richiesta di chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- si chiede di confermare che la fornitura di confezioni di ossigeno non sia comprensiva della messa a disposizione all'inizio dell'appalto di un congruo numero di riduttori di pressione. In caso contrario, si chiede di indicare il numero di dispositivi di regolazione della pressione da prevedere per l'espletamento del servizio;- rif. Capitolato Tecnico, art. 7 "Termine di esecuzione e penali", punto a) pag. 7 "in caso di ritardo nella consegna della fornitura e/o della richiesta di ricarica rispetto ai termini previsti (3 giorni solari per la fornitura e 24 h per la ricarica) ..." – in considerazione dell'impatto importante sui tempi di consegna e sull'applicazione delle eventuali penali, si chiede di chiarire che cosa si intenda per "3 giorni solari per la fornitura e 24 h per la ricarica" dato che l'operatività prevede nuove consegne di confezioni di ossigeno cariche a fronte di ordinativi specifici e contestuale ritiro delle confezioni vuote;- si chiede di confermare le seguenti tipologie di valvole con le quali equipaggiare i contenitori di ossigeno: Valvola Riduttrice Flussometrica (VRF) per i contenitori da 2 litri; Valvola a Volantino o Valvola Italia (VI) a Pressione Residuale per i contenitori da 5, 7, 10 e 14 litri.	<p>Si comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>risposta al primo quesito</u>: ogni bombola dovrà essere dotata di tutti i dispositivi necessari alla somministrazione di ossigenoterapia, come richiesto al punto d. dell'Allegato 1 – scheda tecnica del capitolato tecnico;- <u>risposta al secondo quesito</u>: la fornitura completa prevista da ogni singolo comando dovrà esser consegnata entro 3 giorni solari dal ricevimento dell'ordinativo da parte dei PO richiedenti; la ricarica di ossigeno, ossia la bombola della fornitura utilizzata, ovvero la sua sostituzione dovrà avvenire entro le 24 h dal ricevimento della richiesta avanzata dal PO;- <u>risposta al terzo quesito</u>: le valvole erogatrici come tutti i dispositivi necessari alla somministrazione di ossigenoterapia dovranno esser compatibili per gli impianti di distribuzione presenti nelle ambulanze, sia in modalità portatile, in aderenza al punto d. dell'Allegato 1 – scheda tecnica del capitolato. Sarebbe comunque opportuno prima della consegna della fornitura sentire le UDB.

Roma, 10 marzo 2023

IL CAPO CENTRO
(Col. Amm. Rosario Drago)