



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

## Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature sanitarie per la medicina d'urgenza, di aderenza e del lavoro per il ripianamento delle dotazioni organiche delle Infermerie Presidiarie dell'Arma dei Carabinieri. **Lotto 1 - C.I.G. 9799664A8D; Lotto 2 - C.I.G. 9799683A3B e Lotto 3 - C.I.G. 9799758820**

### AVVISO N. 1

QUESITI	RISPOSTE
<p>Con riferimento al lotto 1 della procedura in oggetto siamo a chiedervi indicazioni in merito alle destinazioni dei "pulsossimetri" e degli "aerosol", in quanto non sono specificati.</p>	<p>Si comunica che tutte le apparecchiature (comprese quindi quelle per aerosol terapia e pulsossimetri) dovranno essere consegnate presso il Centro Unico Patrimoniale, Caserma "La Bulgarella", viale Pinturicchio n. 23/E 00196 Roma, come previsto al para 5 del capitolato tecnico. Per Le apparecchiature di aerosol terapia e pulsossimetri non è richiesto un servizio di manutenzione aggiuntivo, infatti al para 4 del capitolato è espressamente indicato: <i>"L'O.E. dovrà, altresì, assicurare un servizio di manutenzione che contempli un intervento annuo per la manutenzione ordinaria ed uno per la manutenzione straordinaria per complessivi 48 mesi (fatta eccezione per pulsossimetri e aerosolterapia che saranno coperti dalla prevista garanzia di 24 mesi, non necessitando di particolari interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria)".</i> Inoltre, in ogni scheda tecnica delle apparecchiature richieste sono indicate le UDB che potranno richiedere i materiali di consumo (ove previsto) e il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p>
<p>Siamo inoltre a chiedervi per i "monitor multiparametrici" le dimensioni dello schermo onde poter offrire il prodotto che meglio si adegua alle vostre esigenze.</p>	<p>Si comunica che la grandezza del monitor multiparametrico dovrà essere di almeno 12 pollici.</p>

Roma, 9 giugno 2023

  
**IL CAPO CENTRO**  
(Col. aum. Rosario Drago)