



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri


Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per la fornitura di n. 50.790 test antidroga salivari – C.I.G. A043314F89 – C.U.P. D59I23001170001.

AVVISO N. 1

QUESITI	RISPOSTE
<p>Nel paragrafo delle generalità si chiede che il precursore monouso debba "essere comunque compatibile con uno specifico dispositivo elettronico portatile che consenta la visualizzazione e la stampa del risultato":</p> <ul style="list-style-type: none">-non viene specificato il tipo di dispositivo-si tratta di un dispositivo già in uso? <p>Inoltre si specifica che l'accessorio non è richiesto nella presente fornitura, pertanto chiediamo di conoscere le specifiche tecniche del dispositivo per verificare la compatibilità del test monouso che andremo a proporre. In alternativa se il dispositivo come indicato non è richiesto si chiede se tutto il sottoparagrafo e cioè la presenza di un dispositivo di visualizzazione e stampa debba essere non considerato visto che non farà parte della fornitura neanche come possibilità.</p>	<p>Si rappresenta che:</p> <ul style="list-style-type: none">- il test/precursore monouso proposto in fornitura dalle Società accorrenti alla gara dovrà essere compatibile con un dispositivo elettronico portatile (allo stato non in uso all'Arma dei Carabinieri) che consenta la visualizzazione e la stampa del risultato del prelievo salivare;- il sottoparagrafo relativo al dispositivo elettronico deve essere considerato in quanto l'apparato dovrà essere presentato in sede di partecipazione a pena di esclusione, così come riportato nel bando di gara;- non si dispone di specifiche tecniche dello strumento poiché correlato alla tipologia di precursore proposto.

Roma, 29 dicembre 2023


IL CAPO CENTRO
(Col. am. Rosario Drago)

Lgt. D'Emilia