



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per la fornitura di n. 50.790 test antidroga salivari – C.I.G. A043314F89 – C.U.P. D59I23001170001.

AVVISO N. 4

QUESITI	RISPOSTE
<p>I test attualmente disponibili sul mercato possono essere solo:</p> <ul style="list-style-type: none">-quantitativo, ossia che sono leggibili solo con un supporto elettronico/reader-qualitativo/visuale, cioè che si leggono senza reader (con cut-off)-semiquantitativi <p>Nel capitolato viene anche chiesto di eseguire il test e permettere la visualizzazione del risultato <u>senza l'ausilio di dispositivi</u> (come ad esempio contenitore di raccolta saliva e/o tubi /pipette di trasferimento), pertanto: i test dovranno essere leggibili anche senza reader (diventando test visuali/qualitativi)? Siamo dunque a chiedere la tipologia esatta di test richiesti.</p>	<p>Si conferma che, così come indicato nel Capitolato Tecnico:</p> <ul style="list-style-type: none">- il risultato del test rapido precursore monouso richiesto in fornitura dovrà essere leggibile anche senza “reader” (con il quale se ne richiede comunque la compatibilità);- il test in argomento, nell'immediatezza dei controlli di polizia stradale delle persone fermate alla guida di veicoli, deve consentire all'operatore:<ul style="list-style-type: none">• il prelievo di un campione salivare;• l'accertamento, mediante visualizzazione del risultato, della positività o negatività alle tipologie di sostanze stupefacenti riportate nel bando di gara.
<p>Buongiorno,</p> <p>1) Nel CAPITOLATO TECNICO sono richiesti dei cut-off per le sostanze che non corrispondono ai cut-off indicati nei PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.</p> <p>Ad esempio, nel capitolato tecnico il THC deve avere un cut-off uguale o inferiore a 20 ng/ml mentre nei PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA se il THC ha un cut-off di 20 ng/ml il punteggio è uguale a 0. Si chiedono chiarimenti in merito.</p> <p>2) Le sostanze Ketamina e Benzodiazepine possono essere offerti come test singoli? Oppure devono essere necessariamente presenti sulla multicard insieme a THC, AMP/MET, COC, OPI?</p> <p>3) Come per le certificazioni ISO, anche la certificazione della parità di genere può essere</p>	<p>Si rappresenta che:</p> <ul style="list-style-type: none">- i “cut-off” indicati per le varie sostanze nel Capitolato Tecnico rappresentano i requisiti minimali di partecipazione alla gara, mentre nei “parametri di valutazione dell’offerta” sono riportati i valori di “cut-off” che, nel rispettare i citati requisiti mandatori, consentono agli accorrenti alla gara di ottenere punteggi aggiuntivi, in ragione delle caratteristiche migliorative del prodotto offerto. Pertanto, nel caso citato dalla Società richiedente, si evidenzia che un test con “cut-off” del THC pari a 20 ng/ml rispetta i requisiti minimali ma non avrà alcun punteggio incrementale;- tutte le sostanze riportate nei “parametri di valutazione dell’offerta”, comprese Ketamina e Benzodiazepina, devono essere necessariamente presenti su un unico test;

dell'azienda produttrice?	- la certificazione della parità di genere prevista dagli artt. 57 co.1 e 108 co.7 del D.Lgs. 36/2023 deve essere in possesso della Società/R.T.I. partecipante alla gara.
---------------------------	--

Roma, 18 gennaio 2024

Lgt. D'Emilia

IL CAPO CENTRO
(Gen. B. Rosario Drago)

