



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Commissione Giudicatrice

VERBALE N. 1

VERBALE DELLE OPERAZIONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 50.790 TEST ANTIDROGA SALIVARI PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI C.I.G. A043314F89 - C.U.P. D59I23001170001.

LA COMMISSIONE

nominata dal Comandante del Reparto Autonomo — Servizio Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con atto di nomina n. 153 datata 15 Febbraio 2024, è composta dai seguenti Ufficiali:

Ten. Col.	Stefano di Napoli	Presidente
Cap. inv.sc	Miriana Passaro	Membro
Cap. inv.sc.	Mirella Bucciaglia	Membro e Segretario

previa rituale convocazione a cura del Presidente, si è riunita in seduta riservata presso l'aula A del Ra.C.I.S. in data 19 marzo 2024, alle ore 10:00, per la valutazione dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura in oggetto indicata, tramite l'attribuzione dei punteggi previsti nel documento denominato "Parametri di valutazione dell'offerta" posto alla base della gara, attraverso il portale "www.acquistinretepa.it" del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

DATO ATTO CHE

Alle successive ore 10:30, si è proceduto:

- all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche presentate dalle ditte "Cosmar Tecnologie S.r.l.s.", "Forensic Lab Service S.r.l.", "Get S.r.l." e "Screen Italia S.r.l.";
- all'acquisizione della documentazione in formato digitale;
- alla verifica della correttezza formale delle offerte;
- all'apertura dei plichi contenenti i campioni forniti dalle ditte accorrenti, ed in particolare, si constatava:
 - che il plico presentato dalla ditta "Cosmar Tecnologie S.r.l.s." è risultato contenere:
 - nr.1 (una) scatola in cartone contenente nr. 25 (venticinque) confezioni sigillate di "Orawell Oral Fluid Drug Screen Device" lotto n.2311291 recanti data di scadenza 28.11.2025 e foglio di istruzioni per l'uso del test e nr. 2 (due) flaconi vuoti per conservazione tamponi;
 - nr. 1 (una) busta in plastica trasparente contenente nr. 24 (ventiquattro) confezioni sigillate di cui: nr.1 (uno) "Orawell Oral Fluid Drug Screen Device" Lotto n.2305191 scadenza 18.05.25; nr. 23 (ventitré) "Multi-Drug 8 Drugs Rapid Test (Oral Fluid)" dei quali nr.14 (quattordici) lotto DOA2302401-S scadenza 01.2025, nr.9 (nove) lotto DOA2308362-S scadenza 07.2025;
 - nr. 1 (una) busta in plastica trasparente contenente nr. 2 (due) contenitori con tappo a vite da 50 ml e nr.3 (tre) flaconi vuoti per conservazione tamponi;
 - nr. 1 (una) valigetta in plastica rigida contenente nr. 1 (uno) drogometro HRDR-C636 e nr. 1 (una) confezione sigillata "Multi-Drug 8 Drugs Rapid Test (Oral Fluid)" lotto DOA2302401-S scadenza 01.2025;
 - nr. 1 (una) cartellina contenente le istruzioni d'uso del lettore HRDR-C636.

- che il plico presentato dalla ditta “Forensic Lab Service S.r.l.” è risultato contenere:
 - nr.1 (una) scatola in cartone contenente nr. 25 (venticinque) confezioni sigillate di “DrugWipe 5S” lotto n.W1623.24013 recanti data di scadenza 01.2026 e nr. 5 (cinque) fogli di istruzioni per l’uso del test;
 - nr. 1 (una) valigetta in plastica rigida contenente nr. 1 (uno) drogometro Securetec “WipeAlyser” completo di istruzioni d’uso.
- che il plico presentato dalla ditta “Get S.r.l.” risultava contenere:
 - nr.1 (una) busta in plastica trasparente contenente nr. 14 (quattordici) confezioni sigillate di “7 Parameter Test Cassette (07M)” lotto n.20231220 recanti data di scadenza 12.2025;
 - nr.1 (una) busta in plastica trasparente contenente nr. 11 (undici) confezioni sigillate di “7 Parameter Test Cassette (07M)” lotto n.20231220 recanti data di scadenza 12.2025;
 - nr. 1 (una) valigetta in plastica rigida contenente nr. 1 (uno) drogometro AquilaScan “WDTP-10” completo di istruzioni d’uso.
- che il plico presentato dalla ditta “Screen Italia S.r.l.” è risultato contenere:
 - nr.1 (una) scatola in cartone contenente nr. 25 (venticinque) confezioni sigillate di “MULTI-DRUG7 Drugs Rapid Test (Oral Fluid)” lotto n.DOA2401486-S recanti data di scadenza 12.2025 e nr. 2 (due) fogli con le istruzioni per l’uso del test;
 - nr.1 (una) scatola in cartone contenente nr. 1 (uno) lettore dei risultati del test “Screen Reader”.

TENUTO CONTO

- del capitolato tecnico;
- dei parametri di valutazione dell'offerta;

HA RILEVATO CHE

- l'offerta tecnica presentata dalla ditta “Cosmar Tecnologie S.r.l.s.” presenta la non conformità alle prescrizioni previste dal Capitolato Tecnico, più precisamente nel plico contenente i campioni presentati risultano mancanti i seguenti requisiti obbligatori:
 - illustrazioni d’uso e di lettura del risultato in lingua italiana e/o inglese sulla busta di plastica termosaldata contenente il test, come richiesto al Paragrafo 2 “REQUISITI TECNICI GENERALI”;

Il documento “Scheda Tecnica” inoltrato dalla stessa ditta “Cosmar Tecnologie S.r.l.s.” contiene, nelle pagine dalla n.7 alla n.11, il Foglietto illustrativo del Test rapido per droghe Multi-Drug. Cod. ORAL 883 D (fluidi orale), non corrispondente a quello “Orawell Oral Fluid Drug Screen Device” contenuto nella scatola campione ed inoltre nel documento denominato “2_ OFFERTA MIGLIORATIVA TEST ANTIDROGA SALIVARI _2_ _1_” viene indicato come proposto il test antidroga salivare “Oral 883 D”, non corrispondente al già menzionato campione fornito “Orawell Oral Fluid Drug Screen Device”.
- l'offerta tecnica presentata dalla ditta “Get S.r.l.” presenta le seguenti non conformità alle prescrizioni previste dal Capitolato Tecnico, più precisamente in relazione ai seguenti requisiti obbligatori:
 - non risulta indicata la percentuale di affidabilità del test, come invece richiesto al Paragrafo 1 “GENERALITÀ”;
 - non risulta indicata la durata della visualizzazione del risultato del test, come invece richiesto al Paragrafo 1 “GENERALITÀ”;
 - la modalità esecuzione del test prevede l’utilizzo di un dispositivo ausiliario di raccolta del campione salivare, in contrasto con quanto prescritto al Paragrafo 1 “GENERALITÀ”
 - non sono presenti le illustrazioni d’uso e di lettura del risultato in lingua italiana e/o inglese sulla busta di plastica termosaldata contenente il test, come richiesto al Paragrafo 2 “REQUISITI TECNICI GENERALI”;
 - i valori di cut-off indicati nelle tabelle di pag.2 del documento “AQUILASCAN WDTP10 SCHEDA TECNICA E MANUALE ISTRUZIONI” presentato dalla stessa ditta risultano maggiori di quelli massimi richiesti al Paragrafo 2 “REQUISITI TECNICI GENERALI” in relazione alla capacità di rilevamento di cannabinoidi (50 ng/ml contro i 20 ng/ml massimi richiesti) e agli oppiacei (40 ng/ml contro i 20 ng/ml massimi richiesti);

- non risulta indicata la quantità di saliva necessaria per l'accertamento, come invece richiesto al Paragrafo 2 "REQUISITI TECNICI GENERALI";
 - non risulta indicata la temperatura di utilizzo del test, come invece richiesto al Paragrafo 2 "REQUISITI TECNICI GENERALI", ma solo quella di conservazione;
 - i campioni di test contenuti nel plico depositato dalla ditta "Get S.r.l." sono risultati contenuti in nr.2 (due) buste in plastica trasparente prive di indicazioni relative al lotto e alla scadenza, contenenti rispettivamente nr. 14 (quattordici) nr. 11 (undici) confezioni sigillate di "7 Parameter Test Cassette (07M)", in contrasto con quanto richiesto al Paragrafo 2 "REQUISITI TECNICI GENERALI" circa il "CONFEZIONAMENTO", che invece prevede un numero di test per confezione compreso tra 20 e 30 con indicazione, all'esterno del contenitore, del lotto di produzione e della data di scadenza.
- l'offerta tecnica presentata dalla ditta "Screen Italia S.r.l." presenta la non conformità alle prescrizioni previste dal Capitolato Tecnico, più precisamente risultano mancanti i seguenti requisiti obbligatori:
- risultato del test entro 6 minuti, come richiesto al Paragrafo 1 "GENERALITÀ", in quanto i tempi dichiarati per la lettura dei risultati del test nel documento "Multi-Drug 7 Drugs Rapid Test _ITA_-signed" indicano invece la necessità di un'attesa di 10 minuti in caso di esito positivo;
 - i campioni contenuti nel plico depositato dalla ditta sono privi delle illustrazioni d'uso e di lettura del risultato in lingua italiana e/o inglese sulla busta di plastica termosaldata contenente il test, come richiesto al Paragrafo 2 "REQUISITI TECNICI GENERALI".

HA PROCEDUTO

all'esclusione dalla partecipazione alla gara:

- delle ditte "Cosmar Tecnologie S.r.l.s.", "Get S.r.l." e "Screen Italia S.r.l." ed alla valutazione dell'offerta tecnica della ditta "Forensic Lab Service S.r.l." compilando lo specchio in allegato I (punteggi specifici e punteggio complessivo attribuiti).

Premesso quanto sopra, la Commissione, all'unanimità:

DELIBERA




pertanto, di proporre:

- l'esclusione dalla presente procedura delle ditte "Cosmar Tecnologie S.r.l.s.", "Get S.r.l." e "Screen Italia S.r.l." e l'idoneità dell'offerta tecnica dell'operatore economico in tabella:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO	GIUDIZIO
Forensic Lab Service S.r.l.	55,00 su 80,00	IDONEA

Per far constatare quanto precede e per ogni effetto che ne consegue, è stato redatto il presente verbale composto da complessive n. 3 (tre) pagine e n. 1 (uno) allegato per complessive n. 1 (una) pagina.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alle ore 18.30 del 19 marzo 2024.

Ten. Col.	Stefano Di Napoli	Presidente 
Cap.inv.sc.	Miriana Passaro	Membro 
Cap.inv.sc.	Mirella Bucciaglia	Membro e Segretario 

Ditta Forensic Lab Service S.r.l.

VERBALE DELLE OPERAZIONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 50.790 TEST ANTIDROGA SALIVARI PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI C.I.G. A043314F89 - C.U.P. D59I23001170001.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO P_T AI SENSI DEL DOCUMENTO "PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA" - PARAGRAFO 3.1 "VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA":

Criteriono	Descrizione	Tipologia del Criteriono	Punteggio Massimo	Proposta della ditta	Punteggio Ditta
1	Cut-off Cannabinoidi	Quantitativo	15 pts se cut-off ≤ 10 10 pts se cut-off > 10 e ≤ 15 5 pts se cut-off > 15 e ≤ 19	5 ng/ml	15
2	Cut-off Amfetamine/ Metamfetamine	Quantitativo	15 pts se cut-off ≤ 55 10 pts se cut-off > 55 e ≤ 65 5 pts se cut-off > 65 e ≤ 79	60 ng/ml	10
3	Cut-off Cocaina	Quantitativo	15 pts se cut-off ≤ 10 10 pts se cut-off > 10 e ≤ 15 5 pts se cut-off > 15 e ≤ 24	10 ng/ml	15
4	Cut-off Oppiacei	Quantitativo	15 pts se cut-off ≤ 10 10 pts se cut-off > 10 e ≤ 15 5 pts se cut-off > 15 e ≤ 19	10 ng/ml	15
5	Stesso test con riconoscimento di droga aggiuntiva tipo Benzodiazepine con requisito minimale di cut-off ≤ 30 ng/ml	Quantitativo	8 pts se cut-off ≤ 10 4 pts se cut-off > 10 e ≤ 30	Non indicata	0
6	Stesso test con riconoscimento di droga aggiuntiva tipo Ketamina con requisito minimale di cut-off ≤ 35 ng/ml	Quantitativo	8 pts se cut-off ≤ 25 4 pts se cut-off > 25 e ≤ 35	Non indicata	0
7	Certificazione della parità di genere previste dagli art. 57 co.1 e 108 co.7 del D.Lgs. 36/2023	Quantitativo	4 pts	Assente	0
TOTALE			80		55